

移机响应偏离表

序号	移机要求	响应情况	偏离情况
1	准分子激光系统全套设备（含所有附属设备）移机		
2	检测移机目标场所是否符合安装条件，并出具检测报告		
3	设备移机前后均需对设备进行检测，出具检测报告		
4	设备移机后15台（次）手术无故障，方视为移机合格完成		