

全自动活检枪 技术响应偏离表

序号	设备名称	技术要求 设置目的	产品 技术要求	所投产 品技术 响应	偏离 度	所投产品 的品牌	所投产品 的型号	备注	
		一、参数及性能要求							
应用场景及基本功能			1.用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结等软组织以及各种软组织肿瘤的组织活检。 2. 搭配一次性使用活检针使用。 3. 外壳金属材质，超声引导下使用。 4.主要用于肝脏穿刺术、经皮穿刺肺活检术。						
1	全自动 活检枪	可以防止误发射	▲有保险装置						
		满足不同部位的组织活检需要	▲15 和 22 两种穿刺深度						
		保证样品的饱满有效	▲发射功率强						
		样本易进入针槽，切割后更加饱满	切割槽凹槽状						
		二、消耗品（开放耗材）							
		年预估使用量为 50 支	一次性穿刺活检针	单支价格：					提供单支参考价（不列入设备采购价，仅作参考）
		三、售后服务							
		/	具有良好的售后服务						
		/	西北地区有						

			专业的维修机构和技术人员，24小时内能够响应					
		/	免费保修≥3年					

注意：1. “所投产品技术响应”应根据“产品技术要求”及所投产品实际参数填写；

2. 偏离度为正偏离、无偏离、负偏离。本项目所有技术参数不得负偏离，否则视为无效报价。