

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	非接触式眼底广角观察镜
需求数量	1台（套）
预算单价	35万元
预算总价	35万元
应用场景及使用功能	适配所有主流后段显微镜，广角镜系统所有部件均可进行整体高温、高压消毒。广角镜系统具备整体翻转和360度旋转功能。
配套设施	不影响医院现有及未来显微镜品牌/型号选择
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，24小时内能够响应，免费保修≥2年
其他要求	符合FDA或CE标准
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
	无
二、技术参数	
1	≥80-120度观察范围
2	广角镜系统所有部件均可进行整体高温、高压消毒
3	广角镜系统具备整体翻转和360度旋转功能。
4	前置镜数量1个或多个，满足广角和高清功能
5	非接触观察，前置镜离角膜距离≥6mm
6	可适配多种主流后段手术显微镜
7	具备手动或电动调焦
8	前置镜材料：光学玻璃