

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	倒像镜及装置
需求数量	1台（套）
预算单价	20万 元
预算总价	20万 元
应用场景及使用功能	非接触式玻璃体切割手术专用，倒像系统可独立于广角镜单独使用，适配主流后段显微镜（蔡司、徕卡等）
配套设施	不需改装显微镜本身装置即可安装，不影响医院现有及未来显微镜品牌/型号选择
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，24小时内能够响应，免费保修≥2年，
其他要求	符合FDA或CE标准
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
	无
二、技术参数	
1	倒像镜控制方式：手动控制或电动控制
2	可与非接触式广角镜分开使用
3	倒像镜系统厚度≤60mm
4	具备可重复消毒的消毒帽
5	可适配主流后段手术显微镜