

政府采购进口产品申请表

申请单位	灵台县妇幼保健院
申请文件名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目实施方案
申请文号	灵妇幼呈字[2025]59 号
采购项目名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目
采购项目金额	31.5 万元
采购项目所属项目名称	拟采购听力筛查仪一台
采购项目所属项目金额	31.5 万元
项目使用单位	灵台县妇幼保健院
项目组织单位	灵台县妇幼保健院
申请理由	该设备主要用于承担产后 42 日新生儿听力筛查，对于听力障碍的患儿及时发现早诊断早治疗。目前医院内此设备陈旧，已达到报废使用年限，不能满足正常工作需要。省市妇幼工作会议多次要求，妇幼保健机构必须配备此设备，对新生儿听力筛查，监测必须达到 100%。进口产品相对国内厂家生产的产品稳定性强，精确度高，能够更好地保证诊断质量、保障患者权益，也将进一步提高医疗机构医疗水平和技术，更好地为广大患者服务；且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制的产品，故申请采购进口产品。 采购单位主要负责人签字： 盖章： 2025 年 6 月 25 日

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一：基本情况	
申请单位	灵台县妇幼保健院
拟采购产品名称	拟采购听力筛查仪一台
拟采购产品金额	31.5万元
采购项目所属项目名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目
采购项目所属项目金额	31.5万元
二：申请理由： 该设备主要用于承担产后 42 日新生儿听力筛查，对于听力障碍的患儿及时发现早诊断早治疗。目前医院内此设备陈旧，已达到报废使用年限，不能满足正常工作需要。省市妇幼工作会议多次要求，妇幼保健机构必须配备此设备，对新生儿听力筛查，监测必须达到 100%。进口产品相对国内厂家生产的产品稳定性强，精确度高，能够更好地保证诊断质量、保障患者权益，也将进一步提高医疗机构医疗水平和技术，更好地为广大患者服务；且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制的产品，故申请采购进口产品。	
三：进口产品所属行业主管部门意见	
负责人签字：于树峰 (单位公章) 2025 年 6 月 25 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	灵台县妇幼保健院
拟采购产品名称	拟采购新生儿听力筛查仪一套
拟采购产品金额	31.5万元
采购项目所属项目名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目
采购项目所属项目金额	31.5万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：该设备用于医院出生的新生儿产后42日内听力筛查，对于听力障碍的患儿早诊断早治疗。目前医院无此设备，多次省市妇幼工作会议要求，二级妇产机构必须配备此设备，对新生儿听力筛查，监测必须达到100%。进口产品相对国内厂家生产的产品稳定性强，精确度高，能够更好地保证诊断质量、保障患者权益，也将进一步提高医疗机构医疗水平和技术，更好地为广大患者服务；且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制的产品，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购的设备技术参数要求高，刺激声范围及耳蜗筛查声导抗测试产品国内同类产品无法满足使用需求，必须采购进口产品。 专家签字：  2005 年 7 月 1 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	灵台县妇幼保健院
拟采购产品名称	拟采购新生儿听力筛查仪一套
拟采购产品金额	31.5万元
采购项目所属项目名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目
采购项目所属项目金额	31.5万元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：该设备用于医院出生的新生儿产后42日内听力筛查，对于听力障碍的患儿早诊断早治疗。目前医院无此设备，多次省市妇幼工作会议要求，二级妇产机构必须配备此设备，对新生儿听力筛查，监测必须达到100%。进口产品相对国内厂家生产的产品稳定性强，精确度高，能够更好地保证诊断质量、保障患者权益，也将进一步提高医疗机构医疗水平和技术，更好地为广大患者服务；且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制的产品，故申请采购进口产品。

三、专家论证意见

拟采购产品要求：1. 中耳筛查压力范围：-600daPa ~ 300daPa
2. DPOAE 频率范围：0.5kHz ~ 5kHz；3. 耳声发射声强级：150 ~ 800dB
4. 伪差抑制：±0.5uV ~ ±80uV。目前国内同类产品达不到
同时满足上述申请单位使用要求，故采购进口产品

专家签字：

鲁志军

2025

年 7 月 1 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	灵台县妇幼保健院
拟采购产品名称	拟采购新生儿听力筛查仪一套
拟采购产品金额	31.5万元
采购项目所属项目名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目
采购项目所属项目金额	31.5万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：该设备用于医院出生的新生儿产后42日内听力筛查，对于听力障碍的患儿早诊断早治疗。目前医院无此设备，多次省市妇幼工作会议要求，二级妇产机构必须配备此设备，对新生儿听力筛查，监测必须达到100%。进口产品相对国内厂家生产的产品稳定性强，精确度高，能够更好地保证诊断质量、保障患者权益，也将进一步提高医疗机构医疗水平和技术，更好地为广大患者服务；且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制的产品，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购设备技术参数要求：刺激声范围 60-120 (200 Hz-11 kHz) CE-chirp[®] (200 Hz-11 kHz) 国内同类产品不能满足采购人需求，进口产品 稳定性、安全性、敏感性更强 故申请采购进口产品。 专家签字：王超 2025年7月1日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	灵台县妇幼保健院
拟采购产品名称	拟采购新生儿听力筛查仪一套
拟采购产品金额	31.5万元
采购项目所属项目名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目
采购项目所属项目金额	31.5万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：该设备用于医院出生的新生儿产后42日内听力筛查，对于听力障碍的患儿早诊断早治疗。目前医院无此设备，多次省市妇幼工作会议要求，二级妇产机构必须配备此设备，对新生儿听力筛查，监测必须达到100%。进口产品相对国内厂家生产的产品稳定性强，精确度高，能够更好地保证诊断质量、保障患者权益，也将进一步提高医疗机构医疗水平和技术，更好地为广大患者服务；且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制的产品，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
用户申请采购的设备对技术指标要求很高，刺激声范围和听筛查声导抗测试指标在国内同类产品不能满足用户使用要求，须采购进口产品才能满足用户要求。 专家签字：郭汉亮 2015年7月1日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	灵台县妇幼保健院
拟采购产品名称	拟采购听力筛查仪一台
拟采购产品金额	31.5万元
采购项目所属项目名称	灵台县妇幼保健院听力筛查室建设项目
采购项目所属项目金额	31.5万元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：该设备用于医院出生的新生儿产后42日内听力筛查，对于听力障碍的患儿早诊断早治疗。目前医院无此设备，多次省市妇幼工作会议要求，二级妇产机构必须配备此设备，对新生儿听力筛查，监测必须达到100%。进口产品相对国内厂家生产的产品稳定性强，精确度高，能够更好地保证诊断质量、保障患者权益，也将进一步提高医疗机构医疗水平和技术，更好地为广大患者服务；且该产品不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制的产品，故申请采购进口产品。

三、专家论证意见

该产品为目前市场上进口产品且性能稳定可靠
符合政府采购法及实施条例的相关规定。经论证
该产品符合采购需求和相关标准

专家签字：

2025年 7 月 1 日

进口产品专家论证信息表

项目名称: 灵台县妇幼保健院门诊楼建设项目

序号	姓名	工作单位	专业	技术职称	联系电话	专家签字
1	鲁红军	甘肃计划研究所	医学设备	正高	15892580119	鲁红军
2	郭汉彪	省卫健委综合业务局	医学设备	高工	13919185179	郭汉彪
3	邵菁	省人民医院	医学	正高	13919120108	邵菁
4	王毅彬	省人民医院	医学设备	正高	13639364842	王毅彬
5	赵磊	省卫计委信息中心	医学	正高	15892514311	赵磊