

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	非接触式眼压计1
需求数量	2台（套）
预算单价	20万 元
预算总价	40万 元
应用场景及使用功能	眼压测量
配套设施	电动升降台、主机、防尘罩及打印机（费用包含在总预算中）
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，24小时内能够响应，免费保质≥2年
其他要求	符合FDA或CE标准
配套医用耗材（试剂）需求	R 无配套一次性耗材（试剂） <input type="checkbox"/> 有配套一次性耗材（试剂）（ <input type="checkbox"/> 开放 <input type="checkbox"/> 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	测量范围：1mmHg~60mmHg
2	测量模式：具备自动/手动模式
3	具备自动追踪和自动测量
4	固视指示灯装置于内部
5	下巴托调节方式：电动调节
6	安全系统：有预防误触被检者眼睛功能
7	防误测量功能
8	打印系统：内置打印机，自动裁纸、自动装纸

9	触摸屏显示器
10	工作距离10mm~15mm