

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	自动化同视机
需求数量	1台 （套）
预算单价	38万 元
预算总价	38万元
应用场景及使用功能	斜视度检查，同时视功能检查；融合视功能检查；立体视功能检查；弱视训练，斜视术后训练
配套设施	三级视功能画片；海丁格刷（费用包含在总预算中）
售后服务	具有良好的售后服务，配件充足，西北地区有专业的维修机构和技术人员，现场对使用及维修人员进行技术培训。维修响应时间≤24小时；免费保修≥2年。
其他要求	国产
配套医用耗材（试剂）需求	☒ 无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	光学观察系统可以直接观察被检查者角膜映光点
2	各镜筒旋转范围： 横向：外转0-40° ， 内转0-50° 纵向：仰角： 0-35° ， 俯角： 0-35°

