

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	下肢关节被动练习仪
需求数量	1台（套）
预算单价	1.6万元
预算总价	1.6万元
应用场景及使用功能	膝关节、髋关节、踝关节术后康复；脑卒中、脊髓损伤等导致的下肢关节活动障碍
配套设施	下肢固定架及绑带（包含在预算内）
售后服务	具有良好的售后服务，有专业的维修机构和专业技术人员，24小时内能够响应，免费保质≥2年
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	☒ 无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	关节活动范围：膝关节0°～120°；踝关节-15°～30°；髋关节0°～90°。
2	运动速度：0.5°～10°/秒；可步进调节。
3	练习时间：560分钟可设，时间可调节。
4	负载能力：≥100kg
5	固定系统：腿围绑带至少30-60cm；腿长调节至少70-120cm.
6	噪音：≤50分贝
7	安全保护：紧急停止按钮；异常阻力；过载保护