

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	全自动免疫分析仪 (快速检测POCT设备)	需求数量	1台(套)	是否具备安装条件	是
		预算单价	3万元	预算总价	3万元
应用场景及使用功能	便携式急性心肌损伤标志物及感染标志物的急诊检测。				
配套设施	无				
售后服务	1.保修≥2年；2.负责使用培训；3.维修响应时间≤2h，到场时间≤24h；4.易损件、耗材报价自货物交付使用之日起5年内按不高于“投标报价单价”供货。				
其他要求	供应商承担LIS系统连接费用				
配套医用耗材(试剂)需求	☐ 无配套一次性耗材(试剂) √有配套一次性耗材(试剂)(☐ 开放 ☒ 封闭)				此项为普通参数

一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材(试剂)

序号	耗材名称	简称	计量单位	预估年使用量	备注
1	C反应蛋白检测试剂盒	CRP	盒	5	100/200人份/盒
2	血清淀粉样蛋白A检测试剂盒	SAA	盒	5	100/200人份/盒
3	降钙素原检测试剂盒	PCT	盒	5	100/200人份/盒
4	白介素-6检测试剂盒	IL-6	盒	5	100/200人份/盒
5	N-末端脑利钠肽前体检测试剂盒	NT-proBNP	盒	5	100/200人份/盒
6	肌钙蛋白I/T检测试剂盒	CTNI/CTNT	盒	5	100/200人份/盒
7	肌红蛋白检测试剂盒	MYO	盒	5	100/200人份/盒
8	肌酸激酶同工酶检测试剂盒	CK-MB	盒	5	100/200人份/盒
9	超敏C反应蛋白测定试剂盒	Hs-CPR	盒	5	100/200人份/盒
10	D-二聚体检测试剂盒	D-Dimer	盒	5	100/200人份/盒

二、技术参数

序号	科室制定参数	设置理由			
1	方法学：干式荧光免疫法	快检仪器使用方法			
2	机型：便携式	适于床旁检测			
3	★检测速度：检测时间均≤15分钟	急诊要求			
4	样本类型：适用于血清/血浆/全血	急诊要求			
5	测试模式：自动检测	急诊要求			
6	样本位数：≥10个样本位	急诊要求			
7	试剂位数：≥5个试剂位	急诊要求			
8	▲可测试项目的检测范围要求：≥10个(包括急性心肌损伤标志物及感染标志物)	急诊项目			
9	支持USB/网口/LIS信息传输	报告结果			
10	打印：内置热敏打印机、可外接打印机手动/自动打印	报告结果			
11	▲仪器质量控制，终身提供免费校准品(原厂或第三方)	质量保证要求			
12	条码扫描	仪器自动化要求			