

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	体感音乐放松系统
需求数量	1台（套）
预算单价	37000元
预算总价	37000元
应用场景及使用功能	用于心理减压、睡眠辅助、康复训练等场景，通过体感振动与音乐疗法结合实现身心放松
配套设施	无
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，2小时内能够响应，24小时到场，免费保修≥2年
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	体感振动装置：低频振动（5Hz-120Hz）；振动强度可调。
2	音频系统：频响范围：20Hz-20kHz，支持动态音量调节；支持音频格式：支持3重及以
3	生物反馈模块：可实时监测数据
4	振动强度：10级可调
5	单词使用时长：15-30分钟
6	控制模式：手动调节；智能适配