

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	颈腰椎多功能牵引床
需求数量	1台（套）
预算单价	40000元
预算总价	40000元
应用场景及使用功能	急、慢性腰椎损伤，腰椎间盘突出，腰痛，放射性腿脚麻木、行走无力引起的腿脚肌肉萎缩；外伤性颈椎骨折、错位、脱位
配套设施	牵引椅、颈椎吊杆、固定带、颈套（包含在预算内）
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，2小时内能够响应，24小时到场，免费保修≥2年
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	腰椎牵引力范围：0-250kg
2	颈椎牵引力范围：含0-50kg（步进1kg可调）
3	腰椎牵引角度：-15° ~ 30°
4	颈椎牵引角度：0° ~20°
5	牵引模式：含持续牵引、间歇牵引、阶梯牵引、组合牵引等多种模式
6	热疗系统:红外线热疗（温度范围30℃ ~ 60℃）
7	床体调节:升降（头段、腰段、腿段），升降幅度≥25cm
8	承重能力≥135kg