

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	血栓弓单 力图仪	需求数量	1台（套）	是否具备安装条件	是
		预算单价	12万元	预算总价	12万元
应用场景及使用功能	动态监测凝血功能、血小板功能，指导成分输血，评估血小板治疗效果，评估血栓风险和抗凝效果评价。				
配套设施	无				
售后服务	1.保修≥2年；2.负责使用培训；3.维修响应时间≤2h，到场时间≤24h；4.易损件、耗材报价自货物交付使用之日起5年内按不高于“投标报价单价”供货。				
其他要求	供应商承担LIS系统连接费用				
配套医用耗材（试剂）需求	☐ 无配套一次性耗材（试剂） ☒ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☒ 开放 ☐ 封闭）（此项为普通参数）				

一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）

序号	耗材名称	简称	计量单位	预估年使用量	备注
1	血栓弓单 力图活化凝血检测试剂盒	TEG	盒	1000人份	各种规格
2	血栓弓单 力图肝素酶杯检测试剂盒	HEP TEG	盒	1000人份	各种规格
3	血栓弓单 力图试验（血小板ADP/AA）试剂	血小板ADP/AA检测试剂	盒	1000人份	各种规格
4	功能性纤维蛋白原检测试剂盒	FFg	盒	1000人份	各种规格
5	血栓弓单 力图凝血激活检测试剂盒	TEG ACT	盒	1000人份	各种规格
6	血栓弓单 力图质控品	无	盒	10盒	高、中、低值

二、技术参数

序号	科室制定参数	设置理由			
1	检测项目：普通、肝素、血小板（AA、ADP、AA&ADP）、功纤、激活凝血、质控	凝血机制和抗凝监测需要			
2	样本要求：枸橼酸钠/肝素抗凝血	检测原理要求			
3	★检测速度：≥10T/h	实验结果准确性要求			
4	▲报告参数：至少能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A5、A10、A15和TMA等20个国际参数	检测项目需要			
5	▲检测通道：≥6个独立控温通道	批量标本检测			
6	重复性：CV ≤ 10%	检测质量保证需要			
7	报告模式：图形+数据	便于临床判读			
8	质控品：有配套质控品	检测质量保证需要			
9	联网功能：支持无线联网及有线联网，USB接口支持U盘、打印机、键盘、鼠标等直接连接。	智能化需要			
10	信息传输支持LIS系统连接（连接费由供应商承担）	智能化需要			
11	连续工作时间：≥24h	急诊检查需要			