

政府采购进口产品申请表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申请单位             | 兰州市第二人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 申请文件名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 申请文号             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 采购项目名称           | 术中脑电/肌电/诱发电位测量系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 采购项目金额           | 108万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 采购项目所属项目名称       | 神经外科重点专科专项设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 采购项目所属项目金额       | 108万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目使用单位           | 兰州市第二人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目组织单位           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 申<br>请<br>理<br>由 | <p>神经监测已经成为临床手术中检测神经功能完整性，减少神经损伤，提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分。而目前国产设备和进口产品仍有技术上的差距。进口术中监护设备的刺激器为恒压刺激器、恒流刺激器独立设计。国产设备的刺激器不是独立设计，不可达实现同时监测；</p> <p>该设备为进口设备，客观来讲，在各项性能上都高于国产设备，设备抗干扰能力非常好，噪声水平，滤波范围等都是同类产品中最高的。由于我单位没有相关配套设备可满足上述测试系统，特申请购买进口术中脑电/肌电/诱发电位测量系统一套</p> <div style="text-align: right;">  </div> |

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 兰州市第二人民医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 术中脑电/肌电/诱发电位测量系统 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108万元            |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 神经外科重点专科专项设备     |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108万元            |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 原因阐述：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <p>神经监测已经成为临床手术中检测神经功能完整性，减少神经损伤，提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分。而目前国产设备和进口产品仍有技术上的差距。进口术中监护设备的刺激器为恒压刺激器、恒流刺激器独立设计。国产设备的刺激器不是独立设计，不可达实现同时监测；</p> <p>该设备为进口设备，客观来讲，在各项性能上都高于国产设备，设备抗干扰能力非常好，噪声水平，滤波范围等都是同类产品中最高的。由于我单位没有相关配套设备可满足上述测试系统，特申请购买进口术中脑电/肌电/诱发电位测量系统一套。</p> <p>神经监测已经成为临床手术中检测神经功能完整性，减少神经损伤，提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分。而目前国产设备和进口产品仍有技术上的差距。进口术中监护设备具备大脑皮层刺激功能，可直接用于功能区手术定位运动功能区，语言功能区，无需外接大脑皮层刺激器。（国产设备不能直接做功能区定位手术，需另外配置其他设备）该设备为进口设备，客观来讲，在各项性能上都高于国产设备，设备抗干扰能力非常好，噪声水平，滤波范围等都是同类产品中最高的。由于我单位没有相关配套设备可满足上述测试系统，特申请购买进口术中脑电/肌电/诱发电位测量系统套</p> |                  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><br/>年 月 日</div><div style="text-align: center;"><br/>年 月 日</div><div style="text-align: center;"><br/>年 月 日</div></div>                                     |                  |

种

进口设备院外专家签名表

| 所属单位      | 所在科室与担任职务 | 姓名  |
|-----------|-----------|-----|
| 兰大一院      | 神经外科      | 杨志明 |
| 甘肃省人民医院   | 神经外科      | 彭德鹏 |
| 兰大一院      | 神经外科      | 郑茂华 |
| 兰州市第一人民医院 | 神经外科      | 张亚  |
| 甘肃合睿律师事务所 | 律师        | 鲁和平 |
|           |           |     |
|           |           |     |
|           |           |     |

政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                              | 兰州市第二人民医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                           | 术中脑电\肌电\诱发电位测量系统 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                           | 108 万            |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                        | 神经外科重点专科专项设备     |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                        | 108 万            |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                                                               |                  |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                           |                  |
| <input type="checkbox"/> 3.其他                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <p>神经监测已经成为临床手术中检测神经功能完整性，减少神经损伤，提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分，而目前国产设备和进口产品仍有技术上的差距。进口术中监护设备具备大脑皮层刺激功能，可直接用于功能区手术定位运动功能区，语言功能区，无需外接大脑皮层刺激器，国产设备不能直接做功能区定位手术，需另外配制其他设备，由于国产产品无法达到以上要求，无法满足采购单位的工作要求，且该产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品，必须购买进口产品。</p> |                  |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <p>国产设备和进口产品技术差距较大，购买进口产品更能满足临床需求。</p> <p>张志明</p>                                                                                                                                                                                 |                  |


政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                           | 兰州市第二人民医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                        | 术中脑电\肌电\诱发电位测量系统 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                        | 108 万            |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                     | 神经外科重点专科专项设备     |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                     | 108 万            |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <input type="checkbox"/> 3.其他                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <p>神经监测已经成为临床手术中检测神经功能完整性，减少神经损伤，提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分，目前国产设备和进口产品仍有技术上的差距。国产设备技术暂时不能满足神经外科复杂手术监测要求如高频滤波：进口：0.03Hz-10kHz  国产：0.5Hz~500Hz 滤波可选范围低，在干扰性大的情况下，不能滤除干扰波，影响数据准确性。由于国产产品无法达到以上要求，无法满足采购单位的工作要求，且该产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品，必须购买进口产品。</p> |                  |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <p>国产设备技术不能满足神经外科临床复杂手术监测技术要求，必须购买进口设备</p> <p>郑茂华</p>                                                                                                                                                                                          |                  |

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                   | 兰州市第二人民医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                | 术中脑电\肌电\诱发电位测量系统 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                | 108 万            |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                             | 神经外科重点专科专项设备     |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                             | 108 万            |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                               |                  |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <p>神经监测已经成为临床手术中检测神经功能完整性，减少神经损伤，提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分，目前国产设备和进口产品仍有技术上的差距。进口产品具备专业的监测界面，堆栈功能可实时观看监测结果的波形变化比较，而国产术中监测机器无专业监测界面。进口设备采样率为 25KHz，国产设备只有 15KHz，采集波形不真实。由于国产产品无法达到以上要求，无法满足采购单位的工作要求，且该产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品，必须购买进口产品。</p> |                  |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <p style="font-size: 1.2em;">相较于国产设备，进口设备具有自动神经监测超载自动保护功能，购买进口设备非常必要。</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">张明华</p>                                                                                                      |                  |

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 兰州市第二人民医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 术中脑电/肌电/诱发电位测量系统 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108万元            |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 神经外科重点专科专项设备     |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108万元            |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <p>根据《政府采购进口产品管理办法》第四条规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。兰州市第二人民医院拟采购的术中脑电/肌电/诱发电位测量系统，因国内产品在技术、性能等方面无法满足采购项目的特殊需求，必须采购进口产品的条件。同时，按照该办法第八条规定，采购人报财政部门审核时，应当出具《政府采购进口产品申请表》、进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》以及专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》等材料。在申请采购进口产品时，应按照规定准备并提交相关材料，确保采购程序的合法性。</p> |                  |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <p>因国内产品在技术、性能等方面无法满足采购项目的特殊需求，必须采购进口产品，具有必要性和合理性。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>                                                         |                  |

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                      |                  |
| 申请单位                                                                                                                                                                                        | 兰州市第二人民医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                     | 术中脑电\肌电\诱发电位测量系统 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                     | 108 万            |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                  | 神经外科重点专科专项设备     |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                  | 108 万            |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                      |                  |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                         |                  |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                     |                  |
| <input type="checkbox"/> 3.其他                                                                                                                                                               |                  |
| <p>神经监测已经成为临床手术中检测神经功能完整性，减少神经损伤，提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分，目前国产设备和进口产品仍有技术上的差距，进口设备具有自动保护功能，输出范围最大承受电压 405V，超载自动保护。国产不具备此功能。由于国产产品无法达到以上要求，无法满足采购单位的工作要求，且该产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品，必须购买进口产品。</p> |                  |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                    |                  |
| <p style="font-size: 1.2em;">进口设备具有自动保护功能，超载自动保护，国产设备不具备此功能，必须购买进口设备。</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">彭绍鹏</p>                                                           |                  |