

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	孟祥云	
	职称:	副主任检验技师	
	工作单位:	甘肃省中医院	
项目信息	项目名称:	VITEK 2 Compact 全自动鉴定药敏分析仪 专机专用试剂及其耗材	
	供应商名称:	兰州广德商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u>		
	全自动鉴定药敏分析仪 VITEK 2 Compact, 配套鉴定卡和药敏卡需要专用数据库。其检测原理与仪器深度绑定, 无同类兼容产品可替代, 属于专机专用试剂。		
专业人员签字	孟祥云	日期	2026年4月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 乔晓飞	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 甘肃省中医院	
项目信息	项目名称: VITEK 2 Compact 全自动鉴定药敏分析仪 专机专用试剂及其耗材	
	供应商名称: 兰州广德商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 全自动VITEK 2 Compact鉴定药敏分析仪 配套鉴定卡及配套专用试剂检测试剂, 需 用专用数据库, 卡片生化反应底物, 抗 生素种类检测浓度范围都与其他厂 家不一样, 测试卡与仪器的配套专 数据库无法兼容, 无法与其他厂家 试剂配套使用, 属于专机专用试剂。	
专业人员签字	乔晓飞	日期 2026年4月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 贺强	
	职称: 主任检验师	
	工作单位: 甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省中医学)	
项目信息	项目名称: VITEK 2 Compact 全自动鉴定药敏分析仪 专机专用试剂及其耗材	
	供应商名称: 兰州广德商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 仓内动参定仪所用鉴定卡, 试剂卡 控制过程, 试剂种类, 试剂控制范围 控制时间乃配套软件, 数据库均与 其他厂家设备不兼容, 属于专机专用 试剂。	
专业人员签字	贺强	日期 2016 年 4 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 叶萍	
	职称: 副主任检验技师	
	工作单位: 甘肃省妇幼保健院	
项目信息	项目名称: VITEK 2 Compact 全自动鉴定药敏分析仪 专机专用试剂及其耗材	
	供应商名称: 兰州广德商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 全自动鉴定药敏仪 配套鉴定卡, 药敏卡需专用数据库检测生化反应及 MIC 值, 卡片孔位, 抗生素种类和浓度都与其他厂家不同, 不可兼容, 同时 VITEK 2 Compact 配套鉴定卡, 药敏卡为封闭试剂, 只能专机专用。	
专业人员签字	叶萍	日期 2026 年 4 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王芳川	
	职称: 会计师	
	工作单位: 甘肃永记律师事务所	
项目信息	项目名称: VITEK 2 Compact 全自动鉴定药敏分析仪 专机专用试剂及其耗材	
	供应商名称: 兰州广德商贸有限公司	
专业人员论证意见	试剂耗材使用需求明确。 属于专机专用进口材料,同意 单一来源采购。	
专业人员签字	王芳川	日期 2022年4月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	昆明市第二人民医院
拟采购产品名称	微生物药敏卡 鉴定试剂一批
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	VITEK 2 Compact 全自动微生物分析仪主机专用试剂及耗材
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
原因阐述：	
1. 进口鉴定药敏设备采用全封闭卡片设计，无交叉污染，生物安全性高。 2. 其鉴定，药敏卡独立包装，可单项或组合检测，方便灵活。	
三、专家论证意见	
目前国产设备无法满足上述生物安全，检测效率，精密度及质控要求。综合评估，建议采购进口微生物鉴定药敏检测系统。 专家签字 古祥云 2026年 4 月 14 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	微生物检测卡 鉴定卡试剂 一批
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	UTEK-2 Compact 全自动鉴定药敏分析仪专用试剂及其耗材
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
原因阐述:	
1. 进口设备拥有高级专家系统, 可进行鉴定药敏报告与自动审核报告。 2. 进口产品鉴定药敏采用全封闭卡片设计, 无污染风险, 生物安全性高。	
三、专家论证意见	
经对比, 目前国内产品在专家系统方面尚欠完善, 对数据可靠性不能做到实时报告, 加之生物安全因素, 综合评估, 建议采购进口产品。 专家签字 齐永芳 2016年 4 月 14 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	苏州市第二人民医院
拟采购产品名称	微生物检测卡 荧光试剂一批
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	VITEK 2 Compact 全自动鉴定药敏分析仪专用试剂及其耗材
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
原因阐述:	
1. 进口产品鉴定试剂均采用全封闭卡壳设计, 生物安全性高, 污染风险小。 2. 进口产品鉴定试剂和药敏板独立包装, 即可单独进行鉴定和药敏, 浪费小, 更经济灵活。	
三、专家论证意见	
经对比国内同类产品, 目前国内产品在核心技术指标上无法完全满足本医院临床工作需求, 综合性能、可靠性、使用需求及性价比等因素, 建议采购进口设备。	
专家签字 胡建	
2016 年 4 月 14 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	深圳第二人民医院
拟采购产品名称	微生物药敏卡鉴定试剂一批
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	VITEK 2 compact 全自动药敏分析仪专用试剂及耗材
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
原因阐述：	
1. 进口鉴定设备为全封闭卡片设计，生物安全等级高。 2. 自动化程度高，检测效率高，结果精准。 3. 该设备搭载智能专家系统，国产设备暂无法实现。	
三、专家论证意见	
目前国产设备无法满足以上要求，建议采购微生物鉴定药敏检测系统。 专家签字 叶萍 2026 年 4 月 14 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	生物物理部临床检验试剂一批
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	VItek 2 Compact 全自动细菌分析仪专用试剂及耗材
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
原因阐述:	
进口设备及试剂自动化程度高, 检测速度快, 结果更准确可靠, 能减少病人住院时间, 节约医疗成本, 具有较明显的比较优势。	
三、专家论证意见	
进口设备及试剂相比国产产品具有减少试验流程, 缩短报告时间, 更为准确试验结果, 缩短患者住院时间且节约医疗费用等优势, 建议进口产品!	
专家签字 王书川	
2016 年 4 月 14 日	