

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张永坤,	
	职称: 副主任医师,	
	工作单位: 甘肃省妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材	
	供应商名称: 甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	兰州市二院现有化学发光分析仪 Sysmex HI 500 用于术前八项及血栓四项检测, 该设备所用试剂为西达生物试剂, 故拟单一来源采购。	
专业人员签字	张永坤,	日期 2016 年 4 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹福平	
	职称: 主任检验师	
	工作单位: 甘肃省中医院	
项目信息	项目名称: 化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材	
	供应商名称: 甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本次采购试剂为该医院现有设备的专用配套耗材, 供应商为唯一授权渠道, 同意单一来源采购。	
专业人员签字	尹福平	日期 2024 年 4 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘永伟
	职称:	副主任医师
	工作单位:	甘肃中医药大学附属医院
项目信息	项目名称:	化学发光前八项/血栓四项试剂及配套耗材
	供应商名称:	甘肃裕荣医疗科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本次采购试剂为该院现有设备专用配套耗材,供应商为唯一授权渠道,为保证试剂质量,同意单一来源采购	
专业人员签字	刘永伟	日期2026年4月8日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谢永红	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 兰州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材	
	供应商名称: 甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本次采购试剂为该院现有检验设备专用配套耗材, 供应商为唯一授权渠道, 为保证检验系统完整性, 同意单一来源采购。	
专业人员签字	谢永红	日期2026年4月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员信息	姓名:	张心来
	职称:	三级律师
	工作单位:	北京德和衡(兰州)律师事务所
项目信息	项目名称:	化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材
	供应商名称:	甘肃裕荣医疗科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本次采购的试剂为医院现有设备的配套专用耗材,为确保原设备兼容的一级服务配套要求,可采用单一来源采购方式向原设备供应商采购。采购过程严格执行《政府采购法》及《政府采购法实施条例》的相关规定执行。	
专业人员签字	张心来	日期 2020年4月1日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	化学发光免疫项目
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 目前国产品牌同类产品假阳性率/假阴性率高，特别是针对传染科患者，在治疗检测过程中，需要定期检测相关指标指导临床用药。而进口品牌检测结果稳定，复查等隐性成本低，在满足临床需求的同时还可以有效控制耗占比。 血栓四项作为辅助临床诊断血管内血液凝血状态的动态检测指标，关乎患者的生命和后续的临床治疗方案。进口品牌检测结果稳定，市场用户认可度高，申请使用进口品牌产品。	
三、专家论证意见	
兰世印=院长/副院长/科主任/进口传染病八项和血栓四项试剂设备为进口品牌 Sysmex, H15cl-5000, 为凝血四项试剂和血栓四项试剂。试剂耗材应配套进口试剂耗材。 专家签字 张永中, 2016 年 4 月 9 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	化学发光免疫项目
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 目前国产品牌同类产品假阳性率/假阴性率高，特别是针对传染科患者，在治疗检测过程中，需要定期检测相关指标指导临床用药。而进口品牌检测结果稳定，复查等隐性成本低，在满足临床需求的同时还可以有效控制耗占比。 血栓四项作为辅助临床诊断血管内血液凝血状态的动态检测指标，关乎患者的生命和后续的临床治疗方案，进口品牌检测结果稳定，市场用户认可度高，申请使用进口品牌产品。	
三、专家论证意见	
目前各医院和科室开展的血栓四项及发光术前八项检测的项目均为委托用试剂，进口品牌检测结果稳定、假阳性/假阴性率较低，灵敏度高，同意使用进口品牌试剂。 专家签字  2026 年 4 月 9 日	


进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	化学发光免疫项目
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 目前国产品牌同类产品假阳性率/假阴性率高，特别是针对传染科患者，在治疗检测过程中，需要定期检测相关指标指导临床用药。而进口品牌检测结果稳定，复查等隐性成本低，在满足临床需求的同时还可以有效控制耗占比。 血栓四项作为辅助临床诊断血管内血液凝血状态的动态检测指标，关乎患者的生命和后续的临床治疗方案，进口品牌检测结果稳定，市场用户认可度高，申请使用进口品牌产品。	
三、专家论证意见	
该院开展的术前八项和血栓四项所用的设备为进口设备，配套试剂与耗材为吉机品牌，试剂灵敏度高，结果准确可靠，同意采购配套的进口试剂与耗材。 专家签字  2016 年 4 月 8 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	化学发光免疫项目
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 目前国产品牌同类产品假阳性率/假阴性率高，特别是针对传染科患者，在治疗检测过程中，需要定期检测相关指标指导临床用药。而进口品牌检测结果稳定，复查等隐性成本低，在满足临床需求的同时还可以有效控制耗占比。 血栓四项作为辅助临床诊断血管内血液凝血状态的动态检测指标，关乎患者的生命和后续的临床治疗方案，进口品牌检测结果稳定，市场用户认可度高，申请使用进口品牌产品。	
三、专家论证意见	
该院所使用进口品牌化学发光免疫分析仪所使用试剂必须使用同厂家品牌试剂才能保证检测系统的完整性，国内外化学发光免疫分析仪也都使用配套的同厂家品牌试剂，根据国家卫健委临检中心公布数据，化学发光术前八项/血栓四项试剂进口较国产试剂灵敏度精准度有优势。 专家签字 顾兴明 2026年 4 月 8 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	化学发光术前八项/血栓四项试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	化学发光免疫项目
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 目前国产品牌同类产品假阳性率/假阴性率高，特别是针对传染科患者，在治疗检测过程中，需要定期检测相关指标指导临床用药。而进口品牌检测结果稳定，复查等隐性成本低，在满足临床需求的同时还可以有效控制耗占比。 血栓四项作为辅助临床诊断血管内血液凝血状态的动态检测指标，关乎患者的生命和后续的临床治疗方案，进口品牌检测结果稳定，市场用户认可度高，申请使用进口品牌产品。	
三、专家论证意见	
本次采购的试剂为该院现有设备的配套专用耗材，为确保设备采购的一致性及服务配套要求，可采用单一来源采购方式向原设备供应商采购。采购须严格遵循《政府采购法》及《政府采购法实施条例》的相关规定执行。 专家签字  2016年 4 月 9 日	