

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈冲,	
	职称: 副主任医师,	
	工作单位: 甘肃省妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 糖化血红蛋白分析仪配套试剂耗材	
	供应商名称: 甘肃汇康科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 兰州市第二人民医院现已配有上述品牌糖化血红蛋白分析仪, 为符合标准检测结果, 其所用试剂耗材须为配套试剂耗材, 故建议单一来源方式采购配套试剂耗材。	
专业人员签字	沈冲,	日期 2026 年 4 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘永伟
	职称:	文经部讲师
	工作单位:	甘肃中医药大学附属医院
项目信息	项目名称:	糖化血红蛋白分析仪配套试剂耗材
	供应商名称:	甘肃汇康商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院糖化血红蛋白分析仪及配套试剂耗材为专用设备，专机专用，根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	刘永伟	日期 2016年4月9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	江香娟	
	职称:	主任检验技师	
	工作单位:	甘肃省肿瘤医院	
项目信息	项目名称:	糖化血红蛋白分析仪配套试剂耗材采购项目	
	供应商名称:	甘肃汇康科贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟购置糖化血红蛋白分析仪的配套试剂耗材以满足该院现有的上海惠中糖化血红蛋白分析仪MA-8000PT的正常运行.由于该设备无开放通道,为满足设备稳定性,检测结果的精准.根据《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源式采购的相关规定,同意采用单一来源方式进行采购.		
专业人员签字	江香娟	日期	2026年4月9日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。