

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张永中	
	职称: 副主任医师,	
	工作单位: 甘肃省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 血球试剂及配套耗材	
	供应商名称: 甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 兰州市二院血球检测试剂设备现有 Sysmex XN-10, 该设备的试剂体系是日立结果准确, 其所用试剂耗材经配套试剂耗材, 故经单一来源方式采购。	
专业人员签字	张永中,	日期 2016年4月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邢志军	
	职称: 主任检验师	
	工作单位: 甘肃省人民医院	
项目信息	项目名称: 血球试剂及配套耗材	
	供应商名称: 甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本院所采购试剂为该院现有设备专用试剂, 专机专用, 供应商唯一授权渠道, 因此单一来源采购该试剂	
专业人员签字	邢志军	日期 2026 年 6 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谢永斌	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 兰州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 血球试剂及配套耗材	
	供应商名称: 甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本次采购试剂为该院现有检验设备专用配套耗材, 供应商为唯一授权渠道, 为保证检测结果的完整性, 同意单一来源采购。	
专业人员签字	谢永斌	日期 2022年 10月 8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘伟	
	职称:	文经执业医师	
	工作单位:	甘肃省疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称:	血球试剂及配套耗材	
	供应商名称:	甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本次采购试剂为医院现有设备配套材料, 供应商唯一授权渠道, 为保证采购质量的原委性, 同意单一来源采购		
专业人员签字	刘伟	日期	2016年4月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员信息	姓名: 康凤表	
	职称: 三级律师	
	工作单位: 北京德和衡(兰州)律师事务所	
项目信息	项目名称: 血球试剂及配套耗材	
	供应商名称: 甘肃裕荣医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院目前使用的设备为进口设备,本次采购的耗材系该进口设备的配套耗材。为确保原有采购项目的一致性及服务配套要求,可采用单一来源采购方式向原设备供应商采购。且采购须严格遵守《政府采购法》及《政府采购法实施条例》的相关规定执行。	
专业人员签字	康凤表	日期 2016年4月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	血球试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	血球试剂及配套耗材
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 我院检验科作为ISO 15189认证实验室，血球试剂与仪器配套使用复合ISO 15189溯源性的要求规范，原装进口试剂检测结果稳定，异形细胞检出率优于同类国产品牌，检测结果为临床高度认可，试剂综合成本与国产品牌无差异，用于复查等隐性成本低于同类国产产品。	
三、专家论证意见	
兰州市第二人民医院现有的血球检测设备是 Sysmex XN-10，该设备为进口的产品，为配合该设备子之检测在进口试剂，其试剂、耗材应给是配套的试剂与耗材。 专家签字 <i>张明</i> 2016 年 4 月 9 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	血球试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	血球试剂及配套耗材
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 我院检验科作为ISO 15189认证实验室，血球试剂与仪器配套使用复合ISO 15189溯源性的要求规范，原装进口试剂检测结果稳定，异形细胞检出率优于同类国产品牌，检测结果为临床高度认可，试剂综合成本与国产品牌无差异，用于复查等隐性成本低于同类国产产品。	
三、专家论证意见	
该院开展的血常规设备为进口仪器，所用试剂为专用，同意采购配套试剂 专家签字  2026 年 4 月 9 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	血球试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	血球试剂及配套耗材
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 我院检验科作为ISO 15189认证实验室，血球试剂与仪器配套使用复合ISO 15189溯源性的要求规范，原装进口试剂检测结果稳定，异形细胞检出率优于同类国产品牌，检测结果为临床高度认可，试剂综合成本与国产品牌无差异，用于复查等隐性成本低于同类国产产品。	
三、专家论证意见	
血细胞分析仪目前市场上使用均为配套检测系统，该院购置进口品牌血细胞分析仪建议按照厂家要求使用原厂配套试剂耗材，从而保证检测质量。同意采购原厂配套试剂耗材。 专家签字 潘宏斌 2026 年 4 月 8 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	血球试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	血球试剂及配套耗材
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 我院检验科作为ISO 15189认证实验室，血球试剂与仪器配套使用复合ISO 15189溯源性的要求规范，原装进口试剂检测结果稳定，异形细胞检出率优于同类国产品牌，检测结果为临床高度认可，试剂综合成本与国产品牌无差异，用于复查等隐性成本低于同类国产产品。	
三、专家论证意见	
该院开展的临床检测项目所需的设备为进口设备，配套试剂耗材为专用耗材，为确保检测结果准确性，同意采购配套的进口试剂与耗材。	
专家签字 	
2026 年 4 月 8 日	

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	血球试剂及配套耗材（见附表）
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	血球试剂及配套耗材
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述： 我院检验科作为ISO 15189认证实验室，血球试剂与仪器配套使用复合ISO 15189溯源性的要求规范，原装进口试剂检测结果稳定，异形细胞检出率优于同类国产品牌，检测结果为临床高度认可，试剂综合成本与国产品牌无差异，用于复查等隐性成本低于同类国产产品。	
三、专家论证意见	
该院目前使用的设备为进口设备，本次采购的耗材系该进口设备的配套耗材。为确保原有采购项目的一致性及相关配套要求，可采用单一来源采购方式向原设备供应商采购。且采购环节严格遵循《政府采购法》及《政府采购法实施条例》的相关规定执行。 专家签字  2026年 4 月 9 日	