

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	马利颖	
	职称:	主管技师	
	工作单位:	兰州市中医院	
项目信息	项目名称:	靖远县中医院彩色多普勒超声系统腹部、浅表探头采购项目	
	供应商名称:	兰州创新润泽医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	申请采购的腹部探头和浅表探头为专用配件与原设备匹配使用,只能采购原厂家专用配套设备,本项目只能采用单一来源方式进行采购。		
专业人员签字	马利颖	日期	2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：白存云	
	职称：会计师	
	工作单位：甘肃福博源，公司	
项目信息	项目名称：靖远县中医院彩色多普勒超声系统腹部浅表探头采购项目	
	供应商名称：兰州创新润泽医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	为保障原有迈瑞品牌彩超设备整机完整性、运行稳定性、数据连续性，本次采购的腹部探头及浅表探头为原厂专属配套产品，具有严格的设备兼容性。 为保障原有设备正常运行、节约采购成本、延续诊疗数据体系，必须采购原厂专属配套产品，该项目只能采用单一来源采购且符合《政府采购法》第三十一条的规定。	
专业人员签字	白存云	日期 2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谢 莹 莹	
	职称: 工 程 师	
	工作单位: 兰 大 二 附 院	
项目信息	项目名称: 靖远县中医院多普勒超声系统腹部、浅表探头采购项目	
	供应商名称: 兰州创新润泽医疗科技有限公司	
专业人员论证 意见	采购的SC6-1U型腹部探头及L14-3WU浅表探头,是为迈瑞Resona R7彩超设备原有配套探头,为保证原彩超设备的技术参数一致,和检测功能完全匹配,符合单一采购的需求。符合政府采购的规定,可进入下一步采购环节。	
专业人员签字		日期 2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App